REGOLAMENTO DI UTILIZZO LETTORE MICROPIASTRE/CUVETTA IN ASSORBANZA E FLUORESCENZA

Descrizione dello strumento	*Descrizione*: Tecan Infinite® 200 PRO *Accessori:* Controllo temperatura (RT+5 °C – 42 °C), Plate shaking *Dettagli*: Lettore micropiastre /cuvetta in assorbanza e fluorescenza *Filtri:* Doppio monocromatore top *Lunghezza d'onda*: Fluorescenza λEx 230 – 850 nm, λEm 280 – 850 nm; Absorbance λ 230 – 1000 nm *Formato piastra*: 6- 384 pozzetti/piastra e cuvette *Sorgente di luce*: UV Xenon flashlamp *Software*: I control
Collocazione	Ex CUME
Referente Scientifico	Dott.ssa Elisabetta Chiaradia (Tel. 075 585 7751, email: elisabetta.chiaradia@unipg.it)
Referenti Tecnici	
Modalità di accesso e utilizzo dello strumento	L'accesso è consentito solo agli utenti abilitati all'utilizzo come definito al punto **f** del **Regolamento strumentazione dipartimentale**. Ogni SSD, che ne farà richiesta, riceverà la chiave per l'accesso ai locali dove è collocato lo strumento. L'accesso ai tesisti è consentito sotto supervisione del proprio tutor o del Referente Tecnico. Gli utenti dell'Ateneo (non afferenti al Dipartimento) che facciano richiesta di utilizzo dello strumento potranno accedervi unicamente accompagnati da un Referente Tecnico previo appuntamento da concordare direttamente con lo stesso. Gli utenti che necessitano di utilizzare soluzioni/solventi diversi da quelli già indicati nella descrizione del rifiuto prevista nel presente Regolamento ne devono dare anticipatamente comunicazione ai Referenti Tecnici affinché provvedano a disporre il recipiente di raccolta del rifiuto opportunamente etichettato in loco. È vietato agli utilizzatori apportare modifiche alla configurazione di default dello strumento. Ogni utente crea la sua cartella dove salverà i propri files. Gli utenti sono tenuti a preservare l'ordine e la pulizia all'interno del locale dove è ubicato lo strumento.
Lista utenti abilitati	Addetti alla ricerca come definito al punto **f** del **Regolamento strumentazione dipartimentale.** **(**Link alla lista con relativi contatti)
Manuale di utilizzo	Link al manuale on-line e cartaceo in loco.
Agenda di prenotazione	Possono prenotare l'uso dello strumento (link) solo gli utenti abilitati elencati nella lista di cui sopra**.** Nell'Agenda di prenotazione on-line devono obbligatoriamente essere indicati: il nome dell'utente e il giorno e l'orario previsto di impegno dello strumento.
Registro utilizzo	Ogni utente deve obbligatoriamente compilare tempestivamente il registro di utilizzo in cui riportare le seguenti informazioni: nome dell'utente, orario di inizio e di fine utilizzo, tipo di misurazione (assorbanza/ fluorescenza, micropiastra/cuvetta), firma.
Descrizione rifiuto	*Esempio: COD. CER 150110 IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE CONTAMINATI DA TALI SOSTANZE UN 3509 RIFIUTO IMBALLAGGI DISMESSI, PROVETTE, PUNTALI ETC., VUOTI NON RIPULITI (con residui di 3, 6.1), 9 (E)*
Gestione spese gestione e manutenzione strumento	Tutti i consumabili non riferibili allo strumento sono a carico dell'utente. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno a carico degli utenti in maniera proporzionale all'utilizzo.